



Общество с ограниченной ответственностью "Отраслевой метрологический центр"
Газметрология



Российская Федерация, 119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 25-27, строение 3
Телефон/факс: (495) 382-54-47, e-mail: info@gazmetrolog.ru, url: www.gazmetrolog.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО о метрологической аттестации программного обеспечения № 11-004

Программное обеспечение:

ПО измерительного комплекса «СуперФлоу-21В».

Назначение и область применения программного обеспечения:

Непрерывное автоматическое измерение температуры, давления, перепада давления и вычисление расхода/объёма природного газа методом переменного перепада давления, а так же приведение к стандартным условиям (коррекция) объёма природного газа, измеренного турбинными, ротационными, вихревыми и ультразвуковыми преобразователями.

Организация-разработчик программного обеспечения:

ЗАО «СовТИГаз»

Цель аттестации: Установление правильности реализации комплексом «СуперФлоу-21В» алгоритмов и методов расчета, изложенных в ГОСТ 8.586.(1-5)-2005; ПР 50.2.019-2006; СТО Газпром 5.2-2005; ГОСТ 30319.(1-3)-96, ГОСТ Р 8.662-2009

Метод аттестации: Сравнение результатов расчетов, выполняемых комплексом «СуперФлоу-21В» с эталонными значениями (контрольные расчеты, выполненные по аттестованным эталонным программам)

Результаты аттестации: Результаты расчетов программы имеют относительное отклонение от эталонного значения не более $\pm 0,01$ %

Дата выдачи: «30» марта 2011 г.

Директор  В.А. Усачев

подпись

